



RBC

Rede Brasileira de Calibração

[Listar Laboratórios](#)
[Consulta Laboratórios](#)
[Consulta Serviços](#)


Voltar

Consulta

Acreditação Nº	395
Data da Acreditação	07/04/2008
ACREDITAÇÃO VIGENTE	Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo	27/11/2020
Razão Social	LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO CAIEIRAS LTDA. - ME
Nome do Laboratório	LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO CAIEIRAS LTDA. - ME
Situação	Ativo
Endereço	RUA CANÁRIO, 725
Bairro	PORTAL DAS LARANJEIRAS
CEP	07745015
Cidade	CAIEIRAS
UF	SP
Telefone	(11) 4441-8810
Fax	(11) 4441-9910
Grupo de Serviço de Calibração	MASSA
Gerente Técnico	TARSIS AMARAL OLIVEIRA JUNIOR
Email	qualidade@caieirasbalancas.com.br



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
<i>(Realizados nas instalações do cliente)</i>		
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA		
Balança	1 mg até 50 mg	0,003 mg até 0,006 mg
	>50 mg até 100 g	0,006 mg até 0,14 mg
	>100 g até 500 g	0,00014 g até 0,0013 g
	>500 g até 1.000 g	0,0013 g até 0,003 g
	>1.000 g até 5.000 g	0,003 g até 0,013 g
	>5.000 g até 10.000 g	0,013 g até 0,03 g
	>10.000 g até 50.000 g	0,03 g até 0,9 g
	>50 kg até 100 kg	0,0009 kg até 0,003 kg

>100 kg até 500 kg	0,003 kg até 0,011 kg
>500 kg até 1.000 kg	0,011 kg até 0,021 kg
>1.000 kg até 5.000 kg	0,021 kg até 0,5 kg
>5.000 kg até 10.000 kg	0,5 kg até 1 kg
>10.000 kg até 15.000 kg	1 kg até 2 kg
>15.000 kg até 30.000 kg	2 kg até 11 kg
>30.000 kg até 45.000 kg	11 kg até 17 kg
>45.000 kg até 60.000 kg	17 kg até 25 kg
Método de comparação com pesos padrão e massas	

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

